



Kvantitatív Calprotectin vizsgálat Betegtájékoztató

Fontos tudnivalók

Tájékoztatjuk, hogy a szakorvos által Önnek kért vizsgálatot székletmintából végezzük. A mintából calprotectin-koncentrációt mérünk.

Felhívjuk figyelmét, **hogy hasmenéses, híg széklet nem alkalmas a vizsgálatra**, viszont ha betegség miatt véres a széklet, akkor elvégezhető a mintavétel.

Hölgyeknél kerülni kell a mintavételt menstruáció alatt!

A vizsgálat nem kivitelezhető, ha túl sok (a cső fala és a pálca nagy része széklettel szennyezett) vagy ha túl kevés (a „recés” részen nincs elegendő széklet) mintát tartalmaz a mintavevő.

Mintavétel módja

1. A széklet felfogásához kérjük, használja a papír mintagyűjtő alátétet (a csomagban mellékelve) **Figyelem!** Az eredményt befolyásolhatja, ha a WC-csészében lévő szagtalanító, fertőtlenítő szerrel érintkezik a minta. Ennek elkerülése érdekében a mellékelt ábra szerint használja a papír mintagyűjtő alátétet! A papírlap 2 szélét a nyíl irányában lassan húzza szét, majd a széthúzott széklet felfogó papírt helyezze a toalett ülőkére! Figyeljen rá, hogy a papír ne legyen vizes!
2. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét a **sárga** bajonettzárnál (figyeljen, nem a kéknél)! Dugja a kupakhoz csatlakoztatott pálcát a székletbe kb. 2 centiméternyire (ameddig recés a vége). A recés végén lévő székletmennyiség elegendő a vizsgálathoz.
3. Húzza ki a pálcát a székletből (ha sok minta tapadna rá, vécépapírral törölje le), és helyezze vissza a mintagyűjtő csőbe! Csavarja rá a kupakot! Ha a mintavételi cső falára is kerül széklet, a vizsgálatot nem lehet elvégezni. Ez esetben új mintavételre van szükség.
4. Ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a mintát a laboratóriumba, a minta maximum 3 napig hűtve (2-8°C között) tárolható.